

Электрокардиограф 3-6-12-канальный

№	Наименование параметра	Технические требования	Обоснование необходимости использования дополнительных свойств, в т. ч. функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, которые не предусмотрены в позиции КТРУ «26.60.12.111-00000024»
1	"Прибор, предназначенный для использования медицинским специалистом в клинических условиях для измерения электрических потенциалов на поверхности тела для создания записи электрических токов, связанных с деятельностью сердечной мышцы [т.е., электрокардиограммы (ЭКГ)] для оценки физиологического состояния сердца. Прибор регистрирует электрические сигналы с двух или более комплектов электродов (ЭКГ-отведений) одновременно (многоканальный). Может применяться для использования в состоянии покоя пациента (ЭКГ покоя) и/или во время физических нагрузок (ЭКГ с нагрузкой /стресс-тест) и может включать в себя множество дополнительных функций (например, программное обеспечение для интерпретации, телеметрия данных, экран просмотра); электроды могут быть включены."	Соответствие	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
2	Анализ аритмий	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
3	Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
4	Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
5	Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения	нет	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
6	Вывод ЭКГ на печать	Встроенный принтер	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
7	Дисплей	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
8.	Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное	12 (шт)	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
9	Масса основного блока	≥ 0.2 и ≤ 3 кг	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
10	Модуль GSM	нет	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
11	Возможность проведения анализа variability сердечного ритма	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
12	Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
13	Питание от бортовой сети автомобиля	да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
14	Электропитание регистратора	220 В	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024
15	Подключение к ПК	Да	Соответствует КТРУ 26.60.12.111-00000024

16	Комплектация: Прибор ПО для ПК для передачи, хранения, ведения базы данных и просмотра на экране ПК снятых ЭКГ с электронным ключом для защиты информации о пациентах Сумка для транспортирования Кабель электродный 10-жильный Комплект ЭКГ-электродов для взрослых Ось бумажного отсека Кабель для связи ЭКГ и ПК Адаптер для применения бумаги шириной 90мм Термобумага шириной 110 мм (1 рулон) Кабель питания от сети 12В Жидкость электродная контактная для ЭКГ	Наличие По 1 комплекту	Необходимые комплектующие для работы прибора в разных условиях
----	---	---------------------------	---

Главная медсестра



О.А. Воробьева
03.08.2023