

**Техническое задание
на поставку товара — реагенты для лабораторных исследований
для нужд ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Карталы**

1. Требования к товару:

1.1 Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.2 Поставляемый товар должен быть, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

№	МНН	Наименование товара	Характеристика	ед. изм.	кол-во
1	Тест-полоски DIRUI H10 для Dirui H-100, H-500, 100 шт./упак.	Тест-полоски DIRUI	Тест-полоски DIRUI H10 для анализатора мочи DIRUI H-100, H-500 Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pH. Время анализа: не более 150 сек. В упаковке не менее 100 шт. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев.	упак	10
2	Изотонический дилюент для Swelab Alfa	Изотонический дилюент для Swelab Alfa	Гематологический разбавитель для подсчёта и определения размера клеток в автоматических гематологических анализаторах SwelabAlfa(закрытая система). Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, pH 6,70-6,90. Активные ингредиенты: соли для изотонической стабильности, буферные вещества, противомикробные препараты, консервант (стабилизирующий раствор). Вскрытый реагент стабилен до конца срока годности. В упаковке 20 л. На коробке нанесена уникальная RFID-метка для активации реагента при помощи сканера. Совместимость с анализатором SwelabAlfa, подтвержденная производителем анализатора. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев.	шт	2
3	Гемолизирующий реагент для Swelab Alfa	Гемолизирующий реагент для Swelab Alfa	Гемолитический бесцианидный реагент для подсчёта и определения размера клеток в автоматических гематологических анализаторах SwelabAlfa (закрытая система). Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, pH 7,80-8,30. Активные ингредиенты: соли, четвертичные соли аммония. Вскрытый реагент стабилен до конца срока годности. В упаковке 5 л. На коробке нанесена уникальная RFID-метка для активации реагента при помощи сканера. Совместимость с анализатором SwelabAlfa,	шт	2

			подтвержденная производителем анализатора. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев.		
4	Детергент щелочной	Детергент щелочной	Раствор для промывки пробоотборника и реакционных кювет анализатора DIRUI CS-400 для предотвращения загрязнения. Состав: водный раствор гипохлорита натрия – 4%; ПАВ – 0,2%. pH 13,5±0,5. Фасовка: 2000 мл. Совместимость с анализатором DIRUICS-T240. Остаточный срок годности не менее 09 месяцев.	шт	1
5	Антибактериальный безфосфорный детергент	Детергент антибактериальный бесфосфорный, 0,5 л	Необходим для промывки пробоотборника, инкубационного блока и реакционных кювет для предотвращения загрязнения. Фасовка: 500 мл. Состав: водный раствор гипохлорита натрия 1,0%, ПАВ 0,4%, антибиотик 0,02%, pH 12,5±0,5 при 25 °С. Температура хранения от +10 до 35 °С.* Совместим с анализатором серии DIRUICS-T240.	Шт	1
6	Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче Глюкоза	Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче человека	Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD -PAP, метод Триндера, с использованием глюкозооксидазы конечная точка. Время реакции: 10 минут при 37°С. Длина волны $\lambda = 500$ нм. Линейность в диапазоне от 1,0 до 400 мг/дл.* Чувствительность: 1,0 мг/дл. Жидкий стабильный готовый к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С.* Фасовка: 585 мл Количество определений: 1710 Флаконы и штрих-коды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, непосредственно используются в автоматических биохимических анализаторах серии DIRUICS-T240 без переливания.	Шт	1
7	Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови Холестерин	Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови человека	Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD -PAP, метод Триндера, конечная точка. Длина волны 500 нм. Время реакции 10 минут. Линейность в диапазоне от 3 до 750 мг/дл (0,08 –19,4 ммоль/л).* Чувствительность: 3 мг/дл (0,08 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С.* Фасовка: 585 мл Количество определений: 1710 Флаконы и штрих-коды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, непосредственно используются в автоматических биохимических анализаторах серии DIRUICS-T240.	Шт	1
* 8	Набор реагентов для	Набор реагентов для количественного	Метод: кинетический тест без депротенинизации, в соответствии с методом	Шт	1

	количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче	определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче КРЕАТИНИН ДиаС, 510 мл	Яффе, кинетика по двум точкам. Длина волны, в пределах диапазона 490 – 510 нм.* Линейность в диапазоне от 0,2 до 15 мг/дл.* Чувствительность: 0,2 мг/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°C до +25°C.* Рабочий реагент стабилен 5 часов при температуре от +15°C до +25°C.* Фасовка: 510 мл Количество определений: 1620 Флаконы и штрих-коды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, непосредственно используются в автоматических биохимических анализаторах серии DIRUI CS-T240 без переливания.		
9	Набор реагентов для количественного invitro определения гликозилированного гемоглобина в цельной крови	Гликозилированный гемоглобин, 45 мл «DiaSys Diagnostic Systems GmbH»	Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение, усиленное латексными частицами, без измерения общего гемоглобина. Длина волны 660 нм. Линейность в диапазоне от 15 до 150 ммоль/моль согласно IFCC (от 3 до 16% согласно NGSP)*. Чувствительность: 10 ммоль/моль HbA1c. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты Стабильность: после вскрытия реагенты R1, R2 и R3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C* и отсутствии загрязнений и испарения. Стабильность калибровки (биреагентная схема): 6 дней, Измерение проводится по биреагентной схеме (DIRUICS-400). Фасовка: 45 мл Количество определений: 155 Флаконы и штрих-коды, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, непосредственно используются в автоматических биохимических анализаторах серии DIRUICS-T240 без переливания.	Шт	1
10	Плазма донорская ПЛАЗМА Н КМ-1 3+3x1 мл	Плазма Н, 6x1 мл КМ-1	Плазма контрольная (пул здоровых доноров) Плазма Н. Плазма Н предназначена для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор при определении следующих показателей гемостаза в нормальной и патологической областях: Принцип метода: Плазма Н анализируется в одной серии измерений с исследуемыми плазмами при выполнении тестов: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, определение концентрации фибриногена, определение активности АТIII и определение активности общей системы фибринолиза по инструкциям, прилагаемым к соот-	Упак	1

			ветствующим наборам реагентов. Анализируемые параметры контрольного материала должны укладываться в диапазон значений, указанных в паспорте на набор. Состав набора: Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) - 3 флакона. Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) - 3 флакона. Набор предназначен для проведения 120 анализов, при расходе реагентов по 0,05 мл на 1 анализ.		
11	Кюветы для КoaТест	Кюветы для КoaТест	Кюветы измерительные для коагулометра КoaТест. В упаковке не менее 200 шт. Наличие идентификационной карты. Срок годности не менее 12 месяцев.	Упак	5
12	Набор для определения мочевины	Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом МОЧЕВИНА ДиаС, 510 мл	Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека. Метод: кинетический уреазный-глютаматдегидрогеназный УФ-тест. Состав набора: R1 (α-кетоглутарат, АДФ, уреазы, глютаматдегидрогеназы, азид натрия); R2 (НАДН, азид натрия); калибратор. Чувствительность не более 1 ммоль/л, предел линейности не менее 70 ммоль/л. Все реагенты должны быть жидкими, готовыми к применению, стабильными после вскрытия до конца срока годности набора. Фасовка: R1 не менее 5x80 мл, R2 не менее 1x100 мл, калибратор не менее 2x3 мл.	Шт	1

2. Технические характеристики:
- Товар должен быть надлежащего качества. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.
3. Сроки поставки товара:
- в течение 5 (Пяти) календарных дней по заявке заказчика.
4. Условия поставки товара:
- 4.1. Поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;
- 4.2. Товар поставляются в заводской упаковке;
- 4.3. Место поставки товара : г. Карталы , ул. Ленина д.14а;
- 4.4. Стоимость Товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением условий настоящего Договора, а также стоимость упаковки.
5. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество.

Заявитель 10.11.2023  Г.А. Малышева
(дата, подпись)

Куратор 10.11.2023  Г.А. Малышева
(дата, подпись)

Заведующий поликлиникой 10.11.2023  С.В. Илясова