

Технические характеристики товара

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Автоматический наружный дефибриллятор	Шт.	1

Автоматический наружный дефибриллятор предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным усеченным экспоненциальным импульсом посредством пары одноразовых гибких электродов, трансторакально, а также для наблюдения электрокардиограммы пациента и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации.

Дефибриллятор работает в автоматическом режиме с мониторингом ЭКГ с электродов дефибрилляции.

№	Описание требований	Наличие функции или величина параметра по
1. Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
2. Технические характеристики		
2.1	Режимы работы	Автоматический
2.2	Физиологически оптимальный биполярный импульс с автоматической коррекцией продолжительности в зависимости от импеданса пациента	Наличие
2.3	Энергия импульса в автоматическом режиме (первый-второй-третий и последующие импульсы) из ряда, Дж: - для взрослых - для детей	- 100, 150, 170, 200, 300, 360 - 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100
2.4	Форма импульса	Бифазная трапеция
2.5	Число разрядов энергией 360 Дж от новой батареи, на эквиваленте нагрузки 50 Ом	не менее 200
2.6	Время включения, с	не более 5
2.7	Время набора энергии до 200 Дж от новой батареи, с	не более 6
2.8	Время набора энергии до 360 Дж от новой батареи, с	не более 10
2.9	Длительность работы в режиме ЭКГ монитора от новой батареи, ч	не менее 12
2.10	Диапазон измерения импеданса, Ом	от 20 до 200
2.11	Время от начала анализа ритма до завершения набора энергии, с	не более 20
2.12	Принудительный сброс энергии при неподтверждении разряда, с	30
2.13	Распознаваемые аритмии	В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4
2.14	Чувствительность и специфичность	В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4
2.15	Сохраняемые в памяти события (micro SD)	до 1000 событий
2.16	Слот карты памяти micro SD	Наличие
2.17	Голосовые и визуальные подсказки для оператора	Наличие
2.18	Автоматическое тестирование: ежедневное	Наличие

2.19	Управление посредством влагозащищенной клавиатуры	Наличие
2.20	Дисплей: цветной, TFT, высокой яркости	Наличие
2.21	Разрешение дисплея, точек	не менее 800x480
2.22	Размеры дисплея	не менее диагональ 7"
2.23	Отображаемая на дисплее информация:	режим работы, сопротивление пациента, число разрядов, время работы прибора, текущее значение ЧСС, ЭКГ, состояние батареи, визуальные подсказки оператору.
2.24	Звуковые подсказки для проведения непрямого массажа сердца	Наличие
2.25	Масса (с аккумулятором), кг	не более 3,0
2.26	Габаритные размеры, мм	не более 295x227x87
3. Канал ЭКГ		
3.1	Мониторинг ЭКГ с гибких электродов дефибрилляции	Наличие
3.2	Полоса частот по уровню -3 дБ, Гц	от 0,5 до 40
3.3	Скорость развертки, мм/сек	25
3.4	Усиление, мм/мВ	10
3.5	Отображение калибровочного сигнала 1мВ	Наличие
3.6	Диапазон измерения ЧСС, уд/мин	15-300
3.7	Погрешность измерения ЧСС	±1% или ±1 уд/мин, большее из значений
4. Питание		
4.1	Тип батареи	неперезаряжаемая, Li-MnO2
4.2	Индикатор уровня заряда	Не менее 4 уровней
4.3	Оставшийся заряд	Не менее 20 мин. мониторингования или не менее 10 разрядов 200 Дж
5. Комплект поставки		
5.1	Блок автоматического дефибриллятора	1 шт.
5.2	Многофункциональные гибкие электроды, взрослые	1 шт.
5.3	Многофункциональные гибкие электроды, детские	1 шт.
5.4	Батарея неперезаряжаемая	1 шт.
5.5	Сумка для переноски	1 шт.
5.6	Эксплуатационная документация	1 шт.

Адрес поставки товара: 214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15.

Поставка товара производится по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки на поставку должен составлять не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Основные условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производятся силами и средствами Поставщика в помещения Покупателя.

Товар должен быть новым, неиспользованным, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик Товара должен иметь Лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.

Поставщик обязан провести Работы по вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром.

Инженер 1 категории



Самсонов В.В.