

### Технические характеристики товара

| ЛОТ №1 |                                                              |                   |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| № п/п  | Наименование объекта закупки                                 | Единица измерения | Количество |
| 1      | Аппарат для гальванизации и электрофореза автоматизированный | штука             | 2          |

#### Аппарат для гальванизации и электрофореза автоматизированный

| № п/п | Наименование показателя                                                           | Значения показателей                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Общие характеристики</b>                                                       |                                                                                                                                                |
| 2     | Назначение                                                                        | предназначен для проведения процедур гальванизации и лекарственного электрофореза в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля. |
| 3     | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора                                     | Наличие                                                                                                                                        |
| 4     | <b>Технические характеристики:</b>                                                |                                                                                                                                                |
| 5     | Максимальная величина выходного тока, мА                                          | Не более 50                                                                                                                                    |
| 7     | Диапазоны установки тока, шт.                                                     | 2                                                                                                                                              |
| 8     | Диапазон установки тока I, мА                                                     | 0-5                                                                                                                                            |
| 9     | Диапазон установки тока II, мА                                                    | 0-50                                                                                                                                           |
| 10    | Шаг регулировки силы тока в диапазоне I, мА                                       | 0.02                                                                                                                                           |
| 11    | Шаг регулировки силы тока в диапазоне II, мА                                      | 0.2                                                                                                                                            |
| 12    | Цифровой индикатор тока                                                           | Наличие                                                                                                                                        |
| 13    | Диапазон установки времени процедуры таймера, мин                                 | 10-30                                                                                                                                          |
| 14    | Дискретность установки времени процедуры, мин                                     | 5                                                                                                                                              |
| 15    | Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры            | Наличие                                                                                                                                        |
| 16    | Светодиодный индикатор и звуковой сигнал для оповещения об обрыве в цепи пациента | Наличие                                                                                                                                        |
| 17    | Блокировка подачи тока при разомкнутой цепи пациента                              | Наличие                                                                                                                                        |
| 18    | Частота питающей сети переменного тока, Гц                                        | 50                                                                                                                                             |
| 19    | Напряжение питающей сети переменного тока, В                                      | 220 ± 20                                                                                                                                       |
| 20    | Мощность, потребляемая от сети при номинальном напряжении, Вт                     | Не более 20                                                                                                                                    |
| 21    | Габаритные размеры корпуса аппарата, мм                                           | Не более 255x95x170                                                                                                                            |
| 22    | Масса аппарата, кг                                                                | Не более 1.5                                                                                                                                   |
| 23    | Класс защиты по электробезопасности                                               | II по типу В                                                                                                                                   |

|    |                                                      |            |
|----|------------------------------------------------------|------------|
| 24 | Срок службы аппарата. лет                            | Не менее 5 |
| 25 | Комплект поставки:                                   |            |
| 26 | Аппарат в собранном виде. шт.                        | Не менее 1 |
| 27 | Токоподвод пациента раздвоенный с наконечниками. шт. | Не менее 2 |
| 28 | Токоподвод пациента одинарный с наконечниками. шт.   | Не менее 4 |
| 29 | Зажимы типа «крокодил». шт.                          | Не менее 4 |
| 30 | Электроды резиновые (многоразовые). шт.              | Не менее 4 |

Адрес поставки товара: 214025. г. Смоленск. 1-й Краснофлотский пер., д.15.

Поставка товара производится по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки на поставку должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика. при отсутствии - в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Основные условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производятся силами и средствами Поставщика в помещения Покупателя.

Товар должен быть новым, неиспользованным, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик Товара должен иметь Лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, либо договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание, либо предоставление поставщиком гарантийного письма от производителя.

Поставщик обязан провести Работы по вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром.

| ЛОТ №2 |                                                     |                   |            |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| № п/п  | Наименование объекта закупки                        | Единица измерения | Количество |
| 1      | Резонатор к аппарату «Искра-1» *                    | штука             | 1          |
| 2      | Электрод гребешковый к аппарату «Искра-1» *         | штука             | 3          |
| 3      | Электрод грибовидный большой к аппарату «Искра-1» * | штука             | 3          |

\*Оборудование, имеющееся у Покупателя

#### 1. Резонатор к аппарату «Искра-1» \*

| № п/п | Наименование показателя                                                                              | Значения показателей                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Общие характеристики</b>                                                                          |                                                                              |
| 2     | Назначение                                                                                           | штатный держатель для электродов аппарата «ИСКРА-1», имеющегося у Покупателя |
| 3     | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора                                                        | Наличие                                                                      |
| 4     | <b>Технические характеристики:</b>                                                                   |                                                                              |
| 5     | Состоит из держателя электродов со специальным гнездом для электродов и сетевого кабеля с вилкой для | Наличие                                                                      |

|    |                                                                                                                     |                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | стационарного блока.                                                                                                |                                 |
| 6  | Частота колебаний                                                                                                   | 110 кГц                         |
| 7  | Вес резонатора – 250 гр                                                                                             | Не более 250 гр                 |
| 8  | Размер                                                                                                              | Длина - 21 см. диаметр – 3.5 см |
| 9  | Сетевой шнур. длина                                                                                                 | не менее 145 см                 |
| 10 | Совместимость с имеющимся у Покупателя оборудованием – аппаратом физиотерапевтическим для дарсонвализации «ИСКРА-1» | Наличие                         |

## 2. Электрод гребешковый к аппарату «Искра-1» \*

| № п/п | Наименование показателя                                                                                               | Значения показателей                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Общие характеристики</b>                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| 2     | Назначение                                                                                                            | Предназначен для проведения процедуры дарсонвализации волосистой части головы. Используется для лечения кожных заболеваний головы и в профилактических целях. |
| 3     | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора                                                                         | Наличие                                                                                                                                                       |
| 4     | <b>Технические характеристики:</b>                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| 5     | Ток, мА                                                                                                               | 4,0±2,0;                                                                                                                                                      |
| 6     | Время наработки на отказ, ч                                                                                           | Не менее 250                                                                                                                                                  |
| 7     | Совместимость с имеющимся у з Покупателя оборудованием – аппаратом физиотерапевтическим для дарсонвализации «ИСКРА-1» | Наличие                                                                                                                                                       |

## 3. Электрод грибовидный большой к аппарату «Искра-1» \*

| № п/п | Наименование показателя                                                                                            | Значения показателей                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Общие характеристики</b>                                                                                        |                                                       |
| 2     | Назначение                                                                                                         | Предназначен для проведения процедуры дарсонвализации |
| 3     | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора                                                                      | Наличие                                               |
| 4     | <b>Технические характеристики:</b>                                                                                 |                                                       |
| 5     | Время наработки на отказ, ч                                                                                        | Не менее 250                                          |
| 6     | Совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием – аппаратом физиотерапевтическим для дарсонвализации «ИСКРА-1» | Наличие                                               |

\*Оборудование, имеющееся у Покупателя

Адрес поставки товара: 214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15.

Поставка товара производится по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки на поставку должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30

(тридцати) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Основные условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производятся силами и средствами Поставщика в помещения Покупателя.

Товар должен быть новым, неиспользованным, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Инженер 1 категории



Самсонов В.В.