

Технические характеристики товара

1.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Змеевик ЗР рамповый 3/4-3/4	штука	18

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Назначение	Для соединения баллонов с выходной резьбой вентиля баллона G3/4 с входом коллектора ramпы (перепускной РП, разрядной РР)
2	Номинальное давление,(PN) кгс/см ² , не более	200
3	Накидные гайки: присоединительные резьбы материал	Внутренняя G ¾ Латунь
4	Материал колец уплотнительных	Полиамид ПА6 блочный марки "А" ТУ6-05-988-87
5	Материал змеевика	Труба медная М1 мягкая ГОСТ 617
6	Параметры трубки	
7	Наружный диаметр, мм не более	6
8	Толщина стенки, мм не более	1
9	Длина в развёрнутом состоянии, мм не менее	1500
10	Ориентация хвостовиков змеевика относительно друг друга не менее	180°
11	Масса, кг, не более	0,5
12	Габаритные размеры, мм:	
13	Длина, мм не менее	360
14	Диаметр, мм не менее	100
15	Газовая среда	Кислород, закись азота, азот, воздух, аргон, углекислота
16	Работа в интервале температур окружающей среды (°C).	-40 до +50
17	Декларация о соответствии	Наличие
18	Совместимость с имеющимся у Покупателя оборудованием: Рампа разрядная РР-01 кислородная на 5 баллонов	Соответствие

2.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Электроды для миостимулятора 5*10см	упаковка	15

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Изоляционный материал подложки	Полиэтилентерефталат
2	Проводящая пластиковая пленка: не более 25% углерода, не менее 75% полиэтилена	Наличие

3	Биосовместимый самоклеящийся проводящий гидрогель: высокий полимерный материал не менее 20%, глицерин не менее 59%, вода не менее 20%, соль не менее 1%	Наличие
4	Габаритные размеры, не менее см	5*10
5	Сертификат соответствия	Наличие
6	Количество в упаковке, шт не менее	4
7	Совместимость с имеющимся у Покупателя оборудованием: миостимулятор Cefar модели Rehab X2.	Соответствие

3.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Электроды для миостимулятора 5*5см	упаковка	5

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Изоляционный материал подложки	Полиэтилентерефталат
2	Проводящая пластиковая пленка: не более 25% углерода, не менее 75% полиэтилена	Наличие
3	Биосовместимый самоклеящийся проводящий гидрогель: высокий полимерный материал не менее 20%, глицерин не менее 59%, вода не менее 20%, соль не менее 1%	Наличие
4	Габаритные размеры, не менее см	5*5
5	Сертификат соответствия	Наличие
6	Количество в упаковке, шт не менее	4
7	Совместимость с имеющимся у Покупателя оборудованием: миостимулятор Cefar модели Rehab X2.	Соответствие

4.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Фильтр воздушный сменный	упаковка	45

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Назначение	Очистка входящего воздушного потока от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха ультрафиолетовых бактерицидных
2	Материал	Полиэстер
3	Габаритные размеры , мм не менее	260x90
4	Количество в упаковке, шт не менее	12
5	Исполнение	Воздушный
6	Толщина, мм не более	5
7	Сертификат соответствия	Наличие

5.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Проточный электрохимический модуль	штука	3

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Длина не менее	265±5 мм
2	Диаметр анода	20±0,1мм
3	Вес	Не более 240 гр
4	Расстояние между осями штуцеров	15±0,5 мм
5	Материал электродов	Титан ВТ-1-0, анод с покрытием
6	Производительность	Не менее 40 л/ час
7	Диаметр отверстия штуцера	4±0,1 мм
8	Материал диафрагмы	Пористая керамика
9	Напряжение	11± 1 В
10	Максимальный рабочий ток не менее	13 ± 1 А
11	Максимальная потребляемая мощность	Не более 200 Вт
12	Совместимость с имеющимся у Покупателя оборудованием: Установка для производства дезинфицирующих и стерилизующих растворов «КАРАТ» (120л/ч)	Соответствие
13	Регистрационное удостоверение	Наличие

6.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Датчик кислорода	штука	11

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Назначение	Измерение и мониторинг концентрации кислорода на вдохе и/или выдохе в респираторных и наркозных аппаратах
2	Разъем 3 контактный кольцевой позолоченный	Соответствие
3	Диапазон измерений	от 0 до 100% O2
4	Выходное напряжение	14,5 — 19,5 мВ
5	Время отклика не менее , с	10
6	Совместимость с наркозно-дыхательным аппаратом Drager Fabius Plus имеющимся у Покупателя	Соответствие
	Регистрационное удостоверение	Наличие

7.

Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
Датчик потока	штука	6

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
1	Регистрационное удостоверение	Наличие
2	Исполнение	Многоразовый
3	Совместимость с аппаратом искусственной вентиляции легких Inspiration 5i, имеющимся у Покупателя	Соответствие

4	Возможность стерилизации холодным методом	Соответствие
---	---	--------------

Поставка товара производится партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки на поставку должен составлять не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Инженер 1 категории



подпись

Самсонов В. В.