

Технические характеристики товара

№ п/п	Наименование объекта закупки	Единица измерения	Количество
1	Аппарат для нагнетания (уропомпа)	штука	1

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей
Общие характеристики		
1	Назначение	Аппарат для нагнетания (уропомпа) предназначен для нагнетания стерильных растворов лекарственных средств при урологии
2	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие
3	Металлический влагозащищенный корпус.	Наличие
4	Тактильные (выпуклые) кнопки на панели управления.	Наличие
Цифровая индикация:		
5	Трёхразрядный индикатор установленного разряда.	Наличие
6	Трёхразрядный индикатор установленного давления.	Наличие
7	Трёхразрядный индикатор скорости подачи раствора.	Наличие
Световая индикация:		
8	Точечный индикатор включения аспирации;	Наличие
9	Точечный индикатор включения нагнетания.	Наличие
Звуковая сигнализация:		
10	Перепополнение банки для отсасываемой жидкости	Наличие
11	Отсасывающее устройство с двухступенчатой системой автоматической блокировки при перепополнении банки для отсасываемой жидкости.	Наличие
12	Первая ступень – электронный датчик-блокиратор перепополнения банки для отсасываемой жидкости (разъёмы для подключения датчика расположены на устройстве для отсасывания);	Наличие
13	Вторая ступень - гидромеханическое запорное устройство предотвращения перепополнения банки для отсасываемой	Наличие

	жидкости.	
14	Управление прибором осуществляется нажатием кнопки включения/выключения подачи раствора на передней панели или посредством педали.	Наличие
15	Педаль пневматическая на металлическом основании с противоскользящим покрытием.	Наличие
16	Датчик действующего давления расположен внутри корпуса и имеет присоединительный штуцер на лицевой панели.	Наличие
17	Механизм насоса роликовый безприжимный.	Наличие
18	Канал аспирации позволяет значительно увеличить скорость потока жидкости через операционный объем без увеличения в нем давления сверх необходимого.	Соответствие
Технические характеристики:		
19	Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц при напряжении: 220В±22В.	Соответствие
20	Мощность, потребляемая аппаратом	не более 130ВА.
21	Аппарат автоматически поддерживает в замкнутом объеме заданное давление жидких сред в диапазоне: минимум 10 см вод.ст., максимум 200 см вод.ст.	Соответствие
22	Допустимое отклонение установившегося давления от действительного	не более 10 см вод.ст.
23	Аппарат обеспечивает включение насоса нагнетания при спаде давления от установившегося на величину,	не более 10 см вод. ст.
24	Максимальный объем подачи стерильной жидкости	не менее 600 мл/мин.
25	Диапазон поддерживаемого разрежения при аспирации: от 50 до 200 см вод. ст.	Соответствие
26	Допустимое отклонение установившегося разрежения от действительного не должно превышать: 30см вод.ст.	Соответствие
27	Максимальная производительность отсоса	не менее 600 мл/мин.
28	Габаритные размеры аппарата,	не более 350х322х140мм.
29	Масса аппарата	не более 8кг
30	Срок службы аппарата при средней интенсивности эксплуатации 4 ч в сутки, не менее 5 лет.	Соответствие
31	Комплектность:	
32	Аппарат для нагнетания (уропомпа) - 1шт.	Наличие
33	Шнур питания SP 7748 -1шт.	Наличие
34	Тройник -1шт.	Наличие
35	Игла для забора стерильной жидкости - 2шт.	Наличие

36	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 3,0 м - 1шт.	Наличие
37	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 0,5 м - 2шт.	Наличие
38	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 0,035 м - 1шт.	Наличие
39	Фильтр абактериальный, одноразовый (тип I) - 1шт.	Наличие
40	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 0,7 м - 1шт.	Наличие
41	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 6 м - 1шт.	Наличие
42	Трубка силиконовая медицинская Ø9×13 мм, L = 0,166 м - 10шт.	Наличие
43	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 0,7 м - 1шт.	Наличие
44	Трубка силиконовая медицинская Ø5×9 мм, L = 0,035 м - 1шт.	Наличие
45	Фильтр абактериальный, многоразовый, автоклавируемый (тип II) - 1шт.	Наличие
46	Трубка нагнетательная (с двумя штуцерами) - 2шт.	Наличие
47	Игла для подачи воздуха - 2шт.	Наличие
48	Педаль пневматическая - 1шт.	Наличие
49	Устройство для отсасывания - 1шт.	Наличие
50	Ёмкость для сбора отсасываемой жидкости объёмом 2 л - 1шт.	Наличие
51	Вставка плавкая ВПБ6-12 —4 А - 2шт.	Наличие
52	Руководство по эксплуатации - 1шт.	Наличие

Адрес поставки товара: 214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15.

Поставка товара производится по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки на поставку должен составлять не более 35 (тридцати пять) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Основные условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производятся силами и средствами Поставщика в помещения Покупателя.

Товар должен быть новым, неиспользованным, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик Товара должен иметь Лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, либо договор с

организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание, либо предоставление поставщиком гарантийного письма от производителя.

Поставщик обязан провести Работы по вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром по адресу местонахождения Покупателя (214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15.)

Инженер 1 категории

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V.V. Samsonov', written over a horizontal line.

Самсонов В.В.