

Требования к выполнению работ
Ремонт цифрового рентгеновского аппарата углового и линейного сканирования
АРСЦ-02-«Н» серийный номер: 816

Выполнение работ по проведению ремонта проводится в соответствии с ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»: ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий»

1. Требования к выполнению работ:

№ п\п	Характеристика параметра	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
1.	Ремонт цифрового рентгеновского аппарата углового и линейного сканирования АРСЦ-02-«Н» серийный номер: 816	1 ед.
1.1	Разборка шкафа управления	Наличие
1.2	Демонтаж платы управления	Наличие
1.3	Замена микросхемы	Наличие
1.4	Сборка аппарата	Наличие
1.5	Проверка во всех режимах	Наличие
1.6	Оформление необходимой документации	Наличие
1.7	Сдача заказчику	Наличие
2	Заменяемые запасные части/расходные материалы:	
2.1	Микросхема LM2901	1 шт.

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

2. Условия, сроки и место выполнения работ:

ремонт осуществляется в полном объеме в соответствии с условиями Договора в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком. Заявка направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика. Подрядчик несёт полную материальную ответственность за хранение оборудования по месту нахождения Подрядчика.

3. Требования к обеспечению качества работ:

-гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- дефекты или недостатки, выявленные при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, по требованию Заказчика должны быть безвозмездно устранены Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней. После устранения недостатков и дефектов гарантийный срок на произведённые по гарантии работы и на качество замененных по гарантии запасных частей начинает течь заново.

-при замене запасных частей должны использоваться только запасные части фирм -

изготовителей данного оборудования (оригинальные) или запасные части и материалы, официально разрешенные изготовителем для применения. Запасные части должны быть новыми, неиспользованными, не иметь повреждений.

4. Требования к Подрядчику (Исполнителю):

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129, наличие: действующей лицензии с приложениями (при наличии приложений, являющихся неотъемлемой частью лицензии) или выписка из реестра лицензий, выданная участнику закупки на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения).

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии),

- действующей лицензии с приложениями (при наличии приложений, являющихся неотъемлемой частью лицензии) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей или выписка из реестра лицензий, выданная участнику закупки на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

5. Требования к персоналу Подрядчика (Исполнителя):

- Оказание услуг проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного оборудования персоналом с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика;

- Инженеры Исполнителя имеют все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности (группа допуска не ниже III, свыше 1000В) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.

6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

- Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ремонту, указанных в перечне. Средства измерений должны быть поверены.

7. Требования к организации и порядку проведения ремонтных работ:

При выполнении работ по ремонту обязательно соблюдение сотрудниками Подрядчика требований внутреннего распорядка на объекте Заказчика и полная ответственность за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и норм противопожарной безопасности во время выполнения работ.

Инженер I категории

Должность



Подпись

Самсонов В.В.

ФИО