

Приложение №1 к извещению

Технические характеристики товара

№ п/п	Наименование объекта закупки	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол -во
1.	Набор цистостомический для чрескожного дренирования. полный	Набор для надлобкового дренажа мочевого пузыря с баллонным катетером. Состав набора: 1. Дренажный баллонный катетер - 1 шт: материал – силикон. Размеры: диаметр – 16 Ch (5,30 мм), длина - 33 см. объем баллона – 5-15 мл., 2 боковых отверстия. Проксимальный конец - 2-ходовой. Несмываемая маркировка объема заполнения баллона и размера катетера. Цветовая кодировка размера баллонного просвета по Шарьеру. Рентгеноконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера. Пластиковый жесткий клапан баллонного просвета для наполнения камеры катетера шприцом. 2. Пункционный троакар - 1 шт: пластиковая трубка с металлическим кончиком из нержавеющей стали. Размеры: длина троакара - 135 мм. диаметр троакара – 6,70 мм. Конусообразный кончик. 3. Расщепляемый кожух троакара - 1 шт: материал - полипропилен. Размеры: длина - 130 мм, внешний диаметр – 8,70 мм, внутренний диаметр – 6,90 мм. Наличие расщепляемого сектора по всей длине кожуха. Наличие ушка кожуха для захвата отделяемого сектора. 4. Скальпель - 1 шт: 5. Защитный колпачок троакара - 1 шт. 6. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.	шт.	10

2.	Набор цистостомический с пластиковым троакаром с металлическим кончиком для надлобкового дренажа мочевого пузыря с катетером Фолея	Набор для надлобкового дренажа мочевого пузыря с катетером Фолея. Состав набора: 1. Пластиковый троакар с металлическим кончиком - 1 шт: Пластиковая трубка с металлическим стальным острием, которая используется для «прокалывания» мягких тканей в проекции мочевого пузыря и непосредственно стенки мочевого пузыря для последующего введения катетера. Размеры: длина троакара - 145 мм. диаметр троакара – 6.4 мм. Стальной заостренный кончик. 2. Оболочка троакара– 1шт. Полипропиленовый кожух, который остается в отверстии надлобковой области после извлечения троакара и служит для введения в его просвет катетера. После размещения катетера удаляется расщеплением за ушко. Длина - 13 см 3. Катетер Фолея - 1 шт: материал – силикон. Размеры: диаметр – 16 Ch/Fr. длина - 40 см. объем баллона – 30 мл. Дистальный конец - закрытый, 2 боковых отверстия. Проксимальный конец - 2-ходовой. Несмываемая маркировка объема заполнения баллона и размера катетера. Цветовая кодировка размера баллонного просвета по Шарьеру. Рентгеноконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера. Пластиковый жесткий клапан баллонного просвета для наполнения камеры катетера шприцом. 4. Скальпель - 1 шт. Рабочая длина скальпеля 24±5 мм 5. Шприц - 1 шт. Объем шприца - не менее 10 мл	шт.	10																								
3.	Набор для дренирования ран одноразовый	<table><tr><td>Материал гофрированной емкости в составе набора- полиэтилен</td><td></td><td></td><td>Соответствие</td></tr><tr><td>Объем емкости. мл</td><td>не менее 390</td><td>не более 410</td><td></td></tr><tr><td>Градировка объема на боковой стенке емкости</td><td></td><td></td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Два катетера круглых с перфорацией, со стилетом и без стилета</td><td></td><td></td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Катетеры выполнены из ПВХ</td><td></td><td></td><td>Соответствие</td></tr><tr><td>Размер катетера. Fr</td><td>не менее 6</td><td>не более 8</td><td></td></tr></table>	Материал гофрированной емкости в составе набора- полиэтилен			Соответствие	Объем емкости. мл	не менее 390	не более 410		Градировка объема на боковой стенке емкости			Наличие	Два катетера круглых с перфорацией, со стилетом и без стилета			Наличие	Катетеры выполнены из ПВХ			Соответствие	Размер катетера. Fr	не менее 6	не более 8		шт.	20
Материал гофрированной емкости в составе набора- полиэтилен			Соответствие																									
Объем емкости. мл	не менее 390	не более 410																										
Градировка объема на боковой стенке емкости			Наличие																									
Два катетера круглых с перфорацией, со стилетом и без стилета			Наличие																									
Катетеры выполнены из ПВХ			Соответствие																									
Размер катетера. Fr	не менее 6	не более 8																										

		Длина перфорированной части катетера, мм	не менее 125	не более 145			
		Общая длина катетера, мм	не менее 450	не более 550			
		Диаметр отверстий, мм	не менее 0,95	не более 1,45			
		Расстояние между отверстиями, мм	не менее 12	не более 13			
		Количество отверстий, шт	не менее 46	не более 50			
		Рентгеноконтрастная полоса с размерной цветокодировкой, цвет синий			Соответствие		
		На проводящей части одного из катетеров-стилет с пирамидальной заточкой			Соответствие		
		Материал исполнения стилета-нержавеющая сталь			Соответствие		
		Размер стилета, Fr	не менее 6	не более 8			
		Соединительная трубка с коннектором по типу "елочка"			Наличие		
		Материал исполнения соединительной трубки- ПВХ			Соответствие		
		Общая длина соединительной трубки, мм	не менее 1090	не более 1110			
		Стерильно. Для однократного применения.			Соответствие		

4.	Щипцы эндоскопические захватывающие	Жёсткое эндотерапевтическое устройство для введения через совместимый с ним эндоскоп с целью удаления камней (например, из мочевыводящих путей). Конструктивно представляет собой, как правило, длинный, сверхтонкий хирургический скользящий привод с тонкими щипцами-захватом. щипцами-захватом, обеспечивающими удержание и извлечение камней, на дистальном конце. На проксимальной стороне инструмента находятся кольца привода ножничного типа. Вводится в организм через рабочий канал эндоскопа. Изделие многогоразового использования.	наличие	шт.	2
		Возможность применения в уретерореноскопии для захвата каменной дорожки	наличие		
		Полужесткий ствол	наличие		
		Длинные овальные чашевидные бранши с зазубренной кромкой по Namada (автор)	наличие		
		Две подвижные бранши	наличие		
		Длина	не менее 595 мм и не более 605 мм		
		Диаметр	не менее 3,9 Шр и не более 4,1 Шр		
		Вращение рабочей части на 360° в любую сторону без ограничений осуществляется одним пальцем с помощью лопастей в основании рабочей вставки	наличие		
		Тяговый механизм работы бранш	наличие		
		Бранши удерживаются в закрытом состоянии с помощью пружины в рукоятке	наличие		
		Облегченная пистолетная двухкольцевая рукоятка	наличие		

		При смыкании бранш рукоятка не защемляет перчатку	наличие			
		Кольца рукоятки эргономичной яйцевидной формы	наличие			
		Рукоятка подходит для всех размеров руки	наличие			
		Дополнительная опора для третьего пальца	наличие			
		Цветовая маркировка, отличающая от биопсийных щипцов, ножниц и других захватывающих щипцов	наличие			
		Инструмент из медицинской нержавеющей стали	наличие			
		Поверхность инструмента с эффектом лотоса	наличие			
		Возможность автоклавирувания при 134°C, 2,3 бар	наличие			
5.	Ножницы эндоскопические прямые, с одной рабочей браншей	Ручное жесткое изделие, используемое вместе со специальным эндоскопом и предназначенное для разрезания тканей или шовного материала в ходе эндоскопической процедуры. Как правило, изготавливается из нержавеющей стали и состоит из длинной пары параллельных скользящих рабочих частей, дистальный конец которых оснащен парой механических (т.е., не электрохирургических) режущих лезвий, управляемых при помощи кольцевой ручки на проксимальном конце. Как правило, изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многократного использования.	наличие		шт.	1
		Представляет собой длинный инструмент с одним скользящим стержнем и неподвижной оболочкой, дистальный конец которого оснащен парой механических режущих лезвий, управляемых при помощи	наличие			

		кольцевой ручки на проксимальном конце			
		Возможность применения в уретерореноскопии	наличие		
		Полужесткий ствол	наличие		
		Короткие прямые бранши с ровной кромкой. без зазубрин	наличие		
		Одна бранша подвижна	наличие		
		Одна бранша неподвижна	наличие		
		Длина	не менее 595 мм и не более 605 мм		
		Диаметр	не менее 3.9 Шр и не более 4.1 Шр		
		Вращение рабочей части на 360° в любую сторону без ограничений	наличие		
		Тяговый механизм работы бранш	наличие		
		Пистолетная двухкольцевая рукоятка	наличие		
		Инструмент из медицинской нержавеющей стали	наличие		
		Возможность автоклавирувания при 134°C. 2.3 бар	наличие		
6.	Ножницы. для мочеточника. жесткие	Захватывающие щипцы для фрагментов камней	Наличие	Шт.	1
		Для использования с уретерореноскопом	Наличие		
		С 2-мя подвижными браншами	Наличие		
		Размер. Шр	Не более 4		
		Длина. см	Не менее 60		
		Жесткие	Наличие		
		Длина бранши (от шарнира). мм	Не менее 6.35		
		Расстояние между зубцами. мм	Не более 0.35		
		Высота зубцов. мм	Не более 0.2		
		Количество зубцов на каждой бранше. штук	Не менее 12		
7.	Щипцы. для захвата фрагментов	Щипцы захватывающие жесткие для удаления фрагментов камней. для использования с уретерореноскопом. с 2-мя подвижными браншами. Размер ЗСН. Длина не менее 60 см. Длина бранши (от шарнира) – не более 6.35 мм. Расстояние между зубцами – не более 0.4 мм. Высота зубцов – не более 0.2 мм. Количество зубцов на каждой бранше – не менее 12 штук.		шт.	1

8.	Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей. для аспирации и парацентеза/торакоцентеза	Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей. для аспирации и парацентеза/торакоцентеза, диаметром 15G (1.80 мм), длиной 100 мм Состав набора: - канюля – 1 шт., - стилет – 1 шт., - баллон – 1 шт., - ограничитель – 1 шт., - шприц – 1 шт., - соединительная линия – 1 шт., - трехходовой краник – 1 шт., - заглушка тип "male" – 1 шт., - заглушка тип "female" – 1 шт., - дренажный мешок – 1 шт., - защитный кожух – 1 шт., Параметры канюли: Представляет собой иглу Вереша с кончиком типа Ланцет. Выполнена из нержавеющей стали. диаметр 15G (1.80 мм), длина канюли - 100 мм. Имеет цветовую кодировку в соответствии с международными стандартами ISO Параметры стилета канюли: Внешний диаметр - 0.88 мм± 0,05 мм Параметры баллона канюли: длина - 50 мм±2 мм, ширина - 22 мм±2 мм, наличие коннектора Луер/Луер-Лок Параметры ограничителя: Выполнен из поликарбоната. Внешний диаметр - 5.57 мм ± 0,05 мм Параметры шприца: номинальная вместимость шприца (объем): не менее 60 мл Размеры цилиндра шприца: длина - 148 +/- 2 мм, диаметр - 28 +/- 2 мм; Размеры штока шприца: длина - 140 +/- 2 мм, диаметр - 13 +/- 2 мм Параметры соединительной линии: выполнена из поликарбоната, длина не менее 440 мм, имеют коннектор луер-лок на обоих концах Параметры трехходового краника: выполнен из поликарбоната, длина - не менее 38 мм Параметры заглушки типа "male": выполнена из полипропилена, диаметр - 10± 0,5 мм Параметры заглушки типа "female": выполнена из полипропилена, диаметр - 6.60 мм ± 0,5 мм Параметры дренажного мешка: выполнен из поливинилхлорида, объем не менее - 2 л, оснащен сливным краном и соединительной трубкой, длина соединительной трубки дренажного мешка - не менее 860 мм, диаметр - не менее 8 мм	шт.	15
----	--	--	-----	----

		Параметры защитного кожуха: Специальный защитный кожух, выполненный из полиэтилена, который покрывает канюлю, для предотвращения повреждения Параметры индивидуальной стерильной упаковки: наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, размера иглы, срока годности (стерильности), производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения.		
9.	Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей, для аспирации и торакоцентеза расширенный	Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей, для аспирации и торакоцентеза расширенный. Предназначен для удаления паталогических жидкостей путем пункции из плевральной и (или) брюшной полости. Состав набора: - канюля – 3 шт.. - ограничитель– 3 шт.. - шприц– 1 шт.. - соединительная линия– 1 шт.. - трехходовой краник– 1 шт.. - заглушка тип "male"– 1 шт.. - заглушка тип "female"– 1 шт.. - дренажный мешок– 1 шт.. - защитный кожух– 3 шт.. Параметры канюли: Выполнены из нержавеющей стали с пластиковой рукоятью диаметр 14G (2.1 мм), 16G (1.60 мм), 18G (1.27 мм), длина каждой канюли - 55 мм, размеры рукояти канюли: длина - 72 мм±1 мм, ширина - 60 мм±1 мм, высота - 22 мм±1 мм Имеют цветовую кодировку в соответствии с международными стандартами ISO Параметры ограничителей: Выполнен из поликарбоната. Внешний диаметр - 5.57 мм ± 0.05 мм Параметры шприца: номинальная вместимость шприца (объем): не менее 60 мл Размеры цилиндра шприца: длина - 148 +/- 2 мм, диаметр - 28 +/- 2 мм; Размеры штока шприца: длина - 140 +/- 2 мм, диаметр - 13 +/- 2 мм Параметры соединительной линии: выполнена из поликарбоната, длина не менее 440 мм, имеют коннектор луер-лок на обоих концах Параметры трехходового краника: выполнен из поликарбоната, длина - не менее 38 мм Параметры заглушки типа "male": выполнена из полипропилена, диаметр - 10± 0.5 мм Параметры заглушки типа "female": выполнена из полипропилена, диаметр - 6.60 мм ± 0.5 мм Параметры дренажного мешка: выполнен из полвинилхлорида, объем не менее - 2 л, оснащен сливным краном и соединительной трубкой, длина	шт.	15

		соединительной трубки дренажного мешка - не менее 860 мм, диаметр - не менее 8 мм Параметры защитных кожухов: Специальные защитные кожухи, выполненные из полиэтилена, которые покрывают каждую канюлю, для предотвращения повреждения Параметры индивидуальной стерильной упаковки: наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, размера иглы, срока годности (стерильности), производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения.		
10.	Набор нефростомический для чрескожного дренирования методом прямой пункции – катетер	Набор нефростомический для чрескожного дренирования методом прямой пункции с запирающим фиксатором - катетер тип "Pigtail", катетер диаметром 8 СН, общая длина - 40 см, рабочая длина - 35 см. Состав набора: - дренажный катетер – 1 шт. материал катетера - полиуретан, количество дренажных отверстий на петле катетера "Pigtail" - 6, наличие на катетере маркеров глубины, расстояние между маркерами - 5 см. наличие гидрофильного покрытия по всей длине катетера - выпрямитель кольца катетера – 1 шт. полая трубка из пластика, которая располагается на катетере, и которая служит для выпрямления кончика пигтейл (кольца катетера) при установке катетера. - двусоставной стилет-троакар катетера Служит для введения нефростомического катетера и дальнейшего продвижения к почке. - защитный тубус стилет-троакара катетера полая трубка из пластика, применяется для защиты от повреждений стилетом упаковки и служит в качестве дополнительного средства стерильности стилета. - коннектор типа Луэр Лок – 1 шт. специальный коннектор, необходимый для плотного и герметичного присоединения нефростомического катетера к мешку-мочеприемнику. Универсальный, подходит к большинству моделей мочеприёмников и нефростомических катетеров. - скальпель – 1 шт. применяется для выполнения надреза на коже. - защитный чехол скальпеля – 1 шт. применяется для защиты от повреждений скальпелем упаковки и является дополнительным средством стерильности скальпеля. -запирающий фиксатор - 1 шт фиксирует петлю катетера посредством натяжения нити и его прикреплением к коннектору катетера. длина - 22 мм	Шт.	10

		- фиксирующий диск - 1 шт. используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.		
11.	Набор нефростомический сменного дренажного катетера повторного ввода	Набор нефростомический сменного дренажного катетера повторного ввода - катетер тип "Malecot" 10 Ch x 50 см Назначение - возможность дренажа почки через нефростомический катетер и через мочевого пузыря путём обхода стриктуры в устье мочеточника или при наличии анатомических особенностей устья мочеточника. Состав набора: - дренажный катетер – 1 шт. - материал катетера - полиуретан. катетер типа Malecot. расширение типа Malecot располагается на катетере таким образом, что делит тело катетера на две неравные части так, что при установке в почку дистальный конец трубки катетера спускается в мочеточник для одномоментного дренирования почки и дилатации верхней трети мочеточника при его сужении. наличие гидрофильного покрытия по всей длине катетера. - количество дренажных отверстий на стержне катетера - 3 - стилет катетера - 1 шт - металлическая трубка, которая служит для продвижения катетера к почке. длина - 390 мм - коннектор типа Луэр Лок – 1 шт. - специальный коннектор, необходимый для плотного и герметичного присоединения нефростомического катетера к мешку-мочеприемнику. Универсальный. подходит к большинству моделей мочеприёмников и нефростомических катетеров. - фиксирующий диск - 1 шт. - используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.	шт.	2
12.	Набор цистостомический с пластиковым троакаром с металлическим кончиком для надлобкового катетера 16 Fr	Набор интродьюсера для надлобкового катетера 16 Fr. Состав набора: 1. Пластиковый троакар с металлическим кончиком - 1 шт: Пластиковая трубка с металлическим стальным острием, которая используется для «прокалывания» мягких тканей в проекции мочевого пузыря и непосредственно стенки мочевого пузыря для последующего введения катетера. Размеры: длина троакара - 145 мм. диаметр троакара – 6.44 мм. Заостренный кончик. 2. Оболочка троакара– 1шт. Полипропиленовый кожух, который остается в отверстии надлобковой области после извлечения троакара и служит для введения в его просвет катетера. После размещения катетера удаляется расщеплением за ушко. Длина - 13 см 3. Скальпель - 1 шт. Рабочая длина скальпеля 24±5 мм	шт.	10

Адрес поставки товара: 214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15.

Поставка товаров производится партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки на поставку должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Инженер 1 категории



Самсонов В.В.