

Техническое задание
на проведение годового технического обслуживания гематологического
анализатора Mindray BC-6200
(Закупка № 24130209090 согласно плана-график на 2024 год)

Место выполнения работ: Пермский край, г. Пермь, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь».

Требования и характеристика			Допустимые значения
Перечень Оборудования, имеющегося у Заказчика:			1
Гематологический анализатор BC-6200			
Общие требования:			Соответствие
Внешний и внутренний осмотр оборудования, основных механических и электронных узлов, диагностика по стандартам завода-производителя.			
Перечень выполняемых работ:			Однократно
- Очистка внутренностей анализатора от пыли. - Очистка шприца забора образца. - Очистка блока обтирки зонда забора проб. - Проверка поплавка бачка с отходами. - Проверка приводных шкивов, ведомых шкивов и направляющих скольжения. - Замена зонда забора проб. - Проверка положение зонда забора проб в реакционных камерах. - Очистка и смазка приводных валов блока шприцов (по требованию). - Смазка движущихся частей. - Проверка состояния жидкостной системы. - Проверка уровня вакуума и давления. - Проверка и замена изнашиваемых деталей. - Очистка камер HGB, RBC и камеры оптической реакции. - Проверка/калибровка усиления HGB. - Калибровка прибора и контроль качества. - Общая проверка качества работы приборы по тестам.			
Установка запасных частей профилактического набора, каталожный номер 115-048326-00			Однократно
Предоставляется Исполнителем			
Набор для ТО (BC-6200) 115-048326-00 -1 шт.			
Состав набора ТО (BC-6200) арт. 115-048326-00			
№ по каталогу	Наименование	Кол-во, шт.	
0010-10-12408	Фильтр дилуэнта 43 мкм	1	
041-023727-00	блок очистки зонда забора проб	1	
082-000614-00	Трубка 5/32"X1/32"	1	
115-010567-00	Фильтр проточной жидкости	1	
115-011660-00	Фильтр	1	
115-033912-00	Зонд забора проб	1	
M6G-020011---	Трубка 1/16"X1/8"	1	
			Соответствие
Сборка и проверка работоспособности;			Соответствие
Технический инструктаж Пользователя по вопросам эксплуатации оборудования			Соответствие