

Требования к выполнению работ
Ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

1. Перечень работ

№ п\п	Характеристика параметра	Наличие функции или величина параметра, заявленная Заказчиком
1.	Ремонт аппарата ИВЛ Inspiration 5i, с/н № 20165i20561	1 ед.
1.1	Разборка аппарата	Наличие
1.2	Замена вибропроставок пневмоблока	Наличие
1.3	Замена аккумуляторов	Наличие
1.4	Замена датчика кислорода	Наличие
1.5	Сборка	Наличие
1.6	Калибровка датчика кислорода	Наличие
1.7	Проверка режимов работы из меню аппарата	Наличие
1.8	Оформление документации, сдача работ Заказчику	Наличие
2	Заменяемые запасные части:	
2.1	Вибропроставка	4 шт
2.2	Аккумулятор 7 Ач	2 шт
2.3	Датчик кислорода	1 шт
2.	Ремонт аппарата ИВЛ Inspiration 5i, с/н № 20165i20922	1 ед.
2.1	Разборка аппарата	Наличие
2.3	Ремонт встроенного компрессора	Наличие
2.4	Замена аккумуляторов	Наличие
2.5	Замена датчика кислорода	Наличие
2.6	Сборка	Наличие
2.7	Калибровка датчика кислорода	Наличие
2.8	Проверка режимов работы из меню аппарата	Наличие
2.9	Оформление документации, сдача работ Заказчику	Наличие
2.10	Заменяемые запасные части:	
2.11	Аккумулятор 7 Ач	2 шт
2.12	Датчик кислорода	1 шт
3.	Ремонт аппарата ИВЛ Inspiration 5i, с/н № 20165i20925	1 ед.
3.1	Разборка аппарата	Наличие
3.2	Ремонт блока питания	Наличие
3.3	Замена датчика кислорода	Наличие

3.4	Сборка	Наличие
3.5	Калибровка датчика кислорода	Наличие
3.6	Проверка режимов работы из меню аппарата	Наличие
3.7	Оформление документации, сдача работ Заказчику	Наличие
3.8	Заменяемые запасные части:	
3.9	Датчик кислорода	1 шт
4.	Ремонт аппарата ИВЛ Inspiration 5i, с/н № 20165i20977	1 ед.
4.1	Разборка аппарата	Наличие
4.2	Ремонт панели тачскрин (пайка разъема)	Наличие
4.3	Замена датчика кислорода	Наличие
4.4	Сборка	Наличие
4.5	Калибровка датчика кислорода	Наличие
4.6	Проверка режимов работы из меню аппарата	Наличие
4.7	Оформление документации, сдача работ Заказчику	Наличие
4.8	Заменяемые запасные части:	
4.9	Датчик кислорода	1 шт

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

2. Условия, сроки и место выполнения работ:

ремонт осуществляется в полном объеме в соответствии с условиями Договора в срок, не более 40 (сорока) календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Заявка направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика. Подрядчик несет полную материальную ответственность за оборудование на время выполнения ремонта.

3. Требования к обеспечению качества работ:

- гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
- гарантийный срок для Товаров (заменяемые запасные части) составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
- дефекты или недостатки, выявленные при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, по требованию Заказчика должны быть безвозмездно устранены Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней. После устранения недостатков и дефектов гарантийный срок на произведённые по гарантии работы и на качество замененных по гарантии запасных частей начинает течь заново.
- при замене запасных частей должны использоваться только запасные части фирм - изготовителей данного оборудования (оригинальные) или запасные части и материалы, официально разрешенные изготовителем для применения. Запасные части должны быть новыми, неиспользованными, не иметь повреждений.

4. Требования к Подрядчику (Исполнителю):

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129, наличие: действующей лицензии с приложениями (при наличии приложений, являющихся неотъемлемой частью лицензии) или выписка из реестра лицензий, выданная участнику

закупки на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения).

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: анестезиологические и респираторные медицинские изделия,
- действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

5. Требования к персоналу Подрядчика (Исполнителя):

- выполнение работ проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного оборудования персоналом) с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика;
- инженеры Исполнителя имеют все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности (группа допуска не ниже III, до 1000В) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.

6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

- контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ремонту, указанных в перечне. Средства измерений должны быть поверены.

7. Требования к организации и порядку проведения ремонтных работ:

При выполнении работ по ремонту обязательно соблюдение сотрудниками Подрядчика (Исполнителя) требований внутреннего распорядка на объекте Заказчика и полная ответственность за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и норм противопожарной безопасности во время выполнения работ.

Инженер 1 категории

Должность



Подпись

Самсонов В.В.

ФИО