

Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии
ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора						
Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. без учета НДС	Цена за ед. с учетом НДС	Всего без учета НДС <i>(если участник не является плательщиком НДС)</i>	Всего с учетом НДС
Карта гелевая для определения антигенов системы Резус и антигента Kell	уп	2		29 260,00		58 520,00
ИТОГО начальная (максимальная) цена.	-					58 520,00
Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора.	Начальная (максимальная) цена договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе накладные и плановые расходы, налоги и пошлины, и иные обязательные платежи.					

№	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра
1	Общие положения	
1.1	Карта гелевая для определения антигенов системы Резус и антигента Kell	Карта для определения фенотипа по антигенам системы Резус: DVI+, C, c, E, e, Cw, антиген системы Келл: K. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка DVI+, микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c, микропробирка e, микропробирка Cw, микропробирка Kell, микропробирка Ctl. (DVI+-C-E-c-e-Cw-Kell-Ctl.). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь антител IgM человека клонов RUM 1, P3X61, ESDIM и IgG человека, клон MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка C должна содержать моноклональный реагент анти-C (IgM-антитела человека, клон MS-24). Микропробирка E должна содержать моноклональный реагент анти-E (смесь IgM-антитела человека, клоны MS-260, MS-12). Микропробирка c должна содержать моноклональный реагент анти-c (смесь IgM антител человека, клоны MS-33, MS-35). Микропробирка e должна содержать моноклональный реагент анти-e (смесь IgM антител человека, клоны MS-16, MS-21, MS-63).

		Микропробирика Cw должна содержать моноклональный реагент анти- Cw (IgM-антитела человека, клон MS-110). Микропробирика Kell должна содержать моноклональный реагент анти- K (IgM-антитела человека, клон MS-56). Микропробирика Ctl должна содержать моноклональные антитела, не специфичные к компонентам крови (контрольная микропробирика) Высота карты ≤ 52 Длина карты ≤ 70 Микропробиорков в карте не менее 8 Количество карта в одной упаковке не менее 50 штук.
--	--	---

3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.	
4. Место, условия и сроки. Место поставки товаров. г. Москва, Волоколамское шоссе, 84	Условия поставки. Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы
Сроки поставки. Партийный срок.	Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами
5. Форма, сроки и порядок оплаты	
Форма оплаты, срок и порядок оплаты	Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/ Универсального передаточного документа (УПД), в течение 60 (шестидесяти) банковских дней.