

Технические характеристики товара**Объем закупки:**

№ п/п	Наименование объекта закупки	Ед. изм.	Кол-во
1	Ставня рентгенозащитная, двустворчатая, распашная, под размер оконного проема 1800х1700	шт	1
2	Ставня рентгенозащитная, двустворчатая, распашная, под размер оконного проема 1770х1690	шт	1
3	Ставня рентгенозащитная, двустворчатая, распашная, под размер оконного проема 1820х1700	шт	1

Описание объекта закупки

№ п/п	Наименование	Предназначение, общая характеристика, наименование параметров	Значение характеристик, параметров
1	Ставня рентгенозащитная, двустворчатая, распашная	Общие требования:	
		Назначение	Предназначены для защиты населения, персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения, возникающего в результате проведения рентгендиагностических процедур в рентгендиагностических кабинетах лечебных учреждений
		Сертификат на изделие рентгенозащитное	Наличие
		Паспорт на каждое изделие	Наличие
		Конструкция рентгенозащитных ставней должна быть выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03.	Наличие
		Конструкция ставень должна включать в себя раму и рентгенозащитные полотна, выполненные из листового металла толщиной, не менее, мм	1,2
		Конструкция ставень предусматривает непрерывную защиту от рентгеновского излучения на площади окна, определяемой шириной оконного проёма и высотой устройства защиты от рентгеновского излучения	Наличие
		Конструкция ставень должна	30

		предусматривать перекрытие рентгенозащитных полотен со стенами, выполняющими функции рентгенозащитных ограждений, на величину не менее, мм	
		Для обеспечения непрерывности радиационной защиты в месте примыкания конструкции ставни к стене в области подоконника, последний не должен выступать за плоскость стены	Наличие
		В закрытом состоянии полотна фиксируются при помощи штангового замка. Петли нерегулируемые, приварены к коробке ставень	Наличие
		Материал защиты от рентгеновского и гамма-излучения	Листовой свинец, не ниже марки С2
		Свинцовый эквивалент, мм Pb	2,5
		Цвет	По согласованию с Покупателем
		Наружные поверхности Изделия должны быть устойчивы к воздействию моющих растворов	Наличие
		Маркировка изделия должна содержать следующую информацию:	-товарный знак предприятия-изготовителя; -наименование изделия: -условное обозначение Изделия; -размер проема в стене; -номер Изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; -обозначение технических условий; -год и месяц изготовления

Перечень сопутствующих работ при поставке товара:

- доставка, погрузка-выгрузка, занос к месту монтажа рентгенозащитных ставней;
- подготовка к выполнению работ по монтажу рентгенозащитных ставней;
- монтаж рентгенозащитных ставней;
- вынос строительного мусора.

Место монтажа товара и сроки:

Место выполнения работ: 215111, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Капена, д.15 (поликлиника № 3).

Поставка товара производится по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки на поставку Товара не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы

заказов «Электронный ордер». Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

Гарантийный срок на монтажные работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта выполненных работ.

Зам. главного врача по АХВ



/Чеухов В.В./